

DZP/21PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – wózki do transportu chorych**” o sygn. **DZP/21PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego nowoczesny wózek do transportu pacjentów o parametrach:

- wymiary zewnętrzne: długość x szerokość: 2130 mm x 830 mm
- regulacja wysokości: 560 – 880 mm
- regulacja przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga 0 - 12°
- regulacja segmentu oparcia pleców: 0 – 90 °
- poręcze boczne stalowe, lakierowane, z domieszką substancji antybakteryjnej zapobiegającej namnażaniu się bakterii, wirusów i grzybów
- w miejsce kosza znajduje się wgłębienie w obudowie na osobiste rzeczy pacjenta oraz wgłębienie wraz z pasami na 2 szt. butli tlenowych

Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 1 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 2 dot. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego nowoczesny wózek do transportu pacjentów o parametrach:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego nowoczesny wózek do transportu pacjentów o parametrach:

- wymiary zewnętrzne: długość x szerokość: 2150 mm x 800 mm
- regulacja wysokości: 640 – 990 mm
- regulacja segmentu nóg w zakresie 0 - 40°
- w narożnikach leżą krążki jednoosiowe
- wieszak na kroplówki z możliwością montażu przy barierkach, po dwóch bokach wózka.

Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ