

DZP/24PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę wyposażenia dla Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych**”. Sygn. DZP/24PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby wyposażenie myjni było oznaczone znakiem CE oraz posiadało deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC ?

Ad. 1

Tak. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ w cz. XII pkt 2 pkt 1 oraz pkt 17 wymaga aby „(...) produkt (sprzęt) zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., 107, poz. 679) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności, (dotyczy myjni-dezynfektora wraz z wyposażeniem myjni) oraz (...) myjnię-dezynfektor o konstrukcji urządzenia zgodnej z normą PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 (lub normą do niej równoważną).”