

DZP/25PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/25PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 29, dopuści złożenie oferty z balonami dostępnymi w zakresie średnic od 1,50 do 4,50mm, o ciśnieniu nominalnym 6atm, średnica części proksymalnej 1,9F, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 31, dopuści złożenie oferty z balonami dostępnymi w długościach 8 – 20mm, średnica „proximal shaft” 2,7F, średnica „distal shaft” 1,95F, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Ad. 2

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.