

DZP/30PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łąt naczyniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**”
o sygn. DZP/30PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy Pakietu nr 1

Pyt. 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów łąt impregnowanych przy pomocy aldehydu w rozmiarze 15mmx7cm.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Prosimy o dopuszczenie pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów łąt impregnowanych przy pomocy aldehydu w rozmiarze 40mmx8cm lub 40mmx12cm.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Prosimy o dopuszczenie w pozycjach 3 i 4 w miejsce pierwotnych parametrów protez bez impregnacji srebrem, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 60cm w tej samej cenie co protezy 40cm. Protezy posiadają możliwość docięcia do żądanej długości.

Ad. 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pyt. 5

Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 5, 6, 7, 8, 9, 10 do osobnego pakietu.

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.