

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 22.11.2016r

DZP/29PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/29PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakietach 46, 47, 48, 50, 52, elektrody stymulujące przedsionkowe oraz komorowe o grubości $\leq 7F$?

Ad. 1

Zamawiający dokonał zmian w SIWZ i ogłoszeniu w przedmiotowym zakresie i wymaga elektrod o **grubości $\leq 7F$**