

DZP/15PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa punktu monitorującego umożliwiającego obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/15PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy z ekranem o przekątnej 17” :

- z czasem pracy na akumulatorach 2 godz. - p. 11
- bez złącza do podłączenia systemu antykradzieżowego (w przypadku kradzieży centrala pielęgniarska poinformuje o odłączeniu monitora od sieci) – p. 22
- bez rejestratora (funkcje rejestracji spełnia centrala pielęgniarska) - p. 24
- z pamięcią 1000 wyników pomiarów NIBP pod warunkiem, że centrala pielęgniarska spełnia minimalne wymagania Zamawiającego - p. 43 ?

Ad. 1

Zamawiający wymaga punktu monitorującego zgodnego z zapisami SIWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści stację centralnego nadzoru z drukowaniem raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików html – p.82 ?

Ad. 2

Zamawiający wymaga punktu monitorującego zgodnego z zapisami SIWZ.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zamiast „monitora pacjenta z nieinwazyjnym pomiarem rzutu serca – 2 szt.” modułów pomiarowych IKG przenoszonych z monitora do monitora zgodnie z potrzebami użytkownika – p. 85 ?

Ad. 3

Zamawiający wymaga punktu monitorującego zgodnego z zapisami SIWZ.