

DZP/21PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – wózki do transportu chorych**” o sygn. **DZP/21PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 9 ust. 1a z 0,5% do 0,2% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1 dla pakietu obejmującego sprzęt za każdy dzień opóźnienia w dostawie? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 9 ust. 1b z 0,5% do 0,2% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1 dla pakietu obejmującego sprzęt za każdy dzień opóźnienia w montażu/installacji? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3 dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający przychylił się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w § 9 ust. 1d z 0,5% do 0,2% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1 dla pakietu obejmującego sprzęt za każdy dzień opóźnienia? Jeżeli nie, to na jakie zmniejszenie kar Zamawiający wyrazi zgodę?

Ad. 3

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 dot. Pakiet nr 1 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości mierzonej bez barierki bocznej równej 680 mm, natomiast z barierkami 750 mm ?

Ad. 4

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 1 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 5 dot. Pakiet nr 1 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej równej 2000 mm ?

Ad. 5

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 1 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 6 dot. Pakiet nr 1 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy w odniesieniu do punktu 8 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez prowadnicy na kasetę RTG, ale z trzema tunelami na kasetę RTG – z jednym pod oparciem pleców oraz z dwoma pod segmentem stałym – w części środkowej oraz nożnej? Proponowany wózek posiada konstrukcję wykonaną rur stalowych pokrytych lakierem proszkowym, leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG.

Ad. 6

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 1 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 7 dot. Pakiet nr 1 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z ruchomym segmentem oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0⁰ do 70⁰ – regulacja płynna?

Ad. 7

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z ruchomym segmentem oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0⁰ do 70⁰ – regulacja płynna.

Pyt. 8 dot. Pakiet nr 1 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym funkcję kosza na podręczne rzeczy spełnia odpowiednio wyprofilowana, tworzywowa osłona podstawy wózka?

Ad. 8

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym funkcję kosza na podręczne rzeczy spełnia odpowiednio wyprofilowana, tworzywowa osłona podstawy wózka.

Pyt. 9 dot. Pakiet nr 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości mierzonej bez barierki bocznych równej 680 mm, natomiast z barierkami 750 mm ?

Ad. 9

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 10 dot. Pakiet nr 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej równej 2000 mm ?

Ad. 10

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 11 dot. Pakiet nr 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z wysokością regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie od 600 do 900 mm ?

Ad. 11

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 12 dot. Pakiet nr 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z pozycją Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej od 0⁰ do 23⁰ – regulacja płynna?

Ad. 12

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z pozycją Trendelenburga uzyskiwaną za pomocą sprężyny gazowej od 0⁰ do 23⁰ – regulacja płynna.

Pyt. 13 dot. Pakiet nr 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy w odniesieniu do punktu 8 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez prowadnicy na kasetę RTG, ale z dwoma tunelami na kasetę RTG – pod oparciem pleców oraz pod segmentem środkowym? Proponowany wózek posiada konstrukcję wykonaną rur stalowych pokrytych lakierem proszkowym, leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG.

Ad. 13

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 14 dot. Pakiet nr 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z ruchomym segmentem uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0⁰ do 35⁰ – regulacja płynna?

Ad. 14

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 15 dot. Pakiet nr 2 - Załącznik nr 6 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z czterema jednoosiowymi krążkami odbojowymi?

Ad. 15

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Zamawiający informuje, że dopuszcza parametry zgodnie z udzielonymi odpowiedziami. W przypadku, gdy pytanie dotyczy części parametrów objętych wybranym punktem w tabeli w Załączniku nr 6 do SIWZ pozostałe parametry nieobjęte pytaniem pozostają bez zmian zgodnie z opisem Zamawiającego