

**DZP/22PN/2016**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – Lampa zabiegowa ścienna, Aparat do EKG – 12 kanałowy” Sygn. DZP/22PN/2016 Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której obudowa oprawy oświetleniowej wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa ABS z górnym elementem odprowadzającym ciepło wykonanym ze stopu metali lekkich?

**Ad. 1**

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z okrągłą matrycą diodową złożoną z 30 punktów LED? Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować perfekcyjne oświetlenie pola operacyjnego.

**Ad. 2**

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w uchwyt przystosowany do sterylizacji umieszczony z boku czaszy w miejscu niezaburzającym wiązki światła? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

**Ad. 3**

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy oświetlanego pola d10 wynoszącej 195mm? Jest to wielkość w zupełności wystarczająca do przeprowadzanie każdego zabiegu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

**Ad. 4**

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze szczelną oprawą oświetleniową zapewniającą możliwość łatwej dezynfekcji – klasy ochrony IP=43 przed wnikaniem zanieczyszczeń i płynów?

**Ad. 5**

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze szczelną oprawą oświetleniową zapewniającą możliwość łatwej dezynfekcji – klasy ochrony IP=43 przed wnikaniem zanieczyszczeń i płynów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której oprawa wykonana jest z odlewu aluminiowego i dodatkowo zabezpieczona została z zewnątrz obudową z wysokoodpornego materiału ABS pokrytego powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę - MRSA)?

**Ad. 6**

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której oprawa wykonana jest z odlewu aluminiowego i dodatkowo zabezpieczona została z zewnątrz obudową z wysokoodpornego materiału ABS pokrytego powłoką antybakteryjną Polygiene® zwalczającą szkodliwe mikroorganizmy (bakterie, wirusy i drożdże, w tym gronkowca złocistego odpornego na metycylinę - MRSA). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie od 3700 do 5000°K (3 kroki: 3700; 4500; 5000°K) dzięki zastosowaniu diod w dwóch odcieniach emitujących światło białe, homogenne?

**Ad. 7**

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z okrągłą matrycą diodową złożoną z 39 punktów LED umożliwiającą uzyskanie natężenia  $E_c=140\text{kLux}/1\text{m}^2$ ?

**Ad. 8**

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności układu świetlnego: 40 000h?

**Ad. 9**

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ

**Zamawiający informuje, że dopuszcza parametry zgodnie z udzielonymi odpowiedziami. W przypadku, gdy pytanie dotyczy części parametrów objętych wybranym punktem w tabeli w Załączniku nr 6 do SIWZ pozostałe parametry nieobjęte pytaniem pozostają bez zmian zgodnie z opisem Zamawiającego**