

DZP/26PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa i montaż aparatu USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze**” Sygn. **DZP/26PN/2016** Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. pkt.3.2 do 3.6.

Oferowany aparat będzie wyposażony w pełny moduł DICOM umożliwiający przesył danych, obrazów, informacji o pacjencie w obie strony. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza skrót DMWL oraz czy podłączenie aparatu do szpitalnego systemu RIS/PACS wiąże się z zakupem przez nas dodatkowych licencji.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada wolne licencje ze strony swojego oprogramowania, czy też mają one zostać zakupione przez Dostawcę sprzętu.

Ad. 1

DMWL – DICOM Modality Worklist zapewnia automatyczne przesyłanie danych pacjenta z systemu HIS/RIS na aparaty diagnostyczne.

Zamawiający informuje że posiada wolne licencje ze strony swojego oprogramowania. Konieczny jest natomiast zakup licencji dla aparatu. Wymagane licencje wymienione są Załączniku nr 5 SIWZ – Parametry techniczne.