

DZP/30PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i lat naczyńowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**”
o sygn. DZP/30PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 3 : Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dotychczas stosowanych nici Premicron oraz w poz. nr 16 igły o długości 26mm podobnie jak w poprzednim postępowaniu przetargowym?

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 16 igły o długości 25-26mm

Pyt. 2

Pakiet nr 6, poz. 41 i 42 : W związku z wycofaniem z produkcji nici lnianych prosimy o dopuszczenie nici jedwabnych . W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza nici jedwabne, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pyt. 3

Pakiet nr 6, poz. 45 : Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dotychczas stosowanych nici Monoplus z polidoksanonu o czasie wchłaniania 180-210 dni.

Ad. 3

Zamawiający dopuści nici o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.