

DZP/31PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej- łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe, wyposażenie**” o sygn. **DZP/31PN/2016**, Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pakiet 2 – Łóżka szpitalne dziecięce

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce o długości 1600mm?

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce o szerokości 765mm?

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z leżem dwusegmentowym?

Ad. 3

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z regulacją wysokości leża w zakresie 505-805mm?

Ad. 4

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce ze skokową regulacją wysokości barierek?

Ad. 5

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści łóżka dziecięce w których blokada barierek zwalniana jest przez ściśnięcie dwóch znajdujących się obok siebie szczebelek, po dwie blokady na jednej barierce?

Ad. 6

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z możliwością opcjonalnego wyposażenia w metalowy koszyk pod leżem jako alternatywę dla kuwety i pojemnika na odpadki?

Ad. 7

Tak. Zamawiający dopuści łóżko dziecięce z możliwością opcjonalnego wyposażenia w metalowy koszyk pod leżem jako alternatywę dla kuwety i pojemnika na odpadki

Pakiet 1 – Łóżka szpitalne**Pyt. 8**

Czy Zamawiający pomimo, iż w specyfikacji zaznaczy inaczej, dopuści barierki metalowe, malowane farbą proszkową, składane, na długości 70% leża? Tego typu barierki, w przeciwieństwie do innych rozwiązań spełniają normy bezpieczeństwa co jest warunkiem koniecznym przy łóżkach medycznych.

Ad.8

Tak. Zamawiający dopuści barierki metalowe, malowane farbą proszkową, składane, na długości 70% leża.