

DZP/22PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – Lampa zabiegowa ścienna, Aparat do EKG – 12 kanałowy” Sygn. DZP/22PN/2016 Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści lampę o innowacyjnym, energooszczędnym źródle światła o parametrach podanych w załączonym katalogu?

Lampa zabiegowa ścienna

Mocowanie do ściany

- ✓ Zakres regulacji wysokości 1000mm
- ✓ Promień obrotu 1750 mm
- ✓ Dwa ramiona z regulacją obrotu o długościach min.850mm i 960mm
- ✓ Całkowita moc znamionowa – 35W
- ✓ Inteligentny systemem ochrony przed przegrzaniem źródła światła
- ✓ Natężenie światła min. (przy 1000mm) – 70.000 Lux
- ✓ Włącznik lampy z czterostopniowa ściemniaczem natężenia światła zamontowany na ramieniu lampy
- ✓ Regulacja natężenia : 50%, 70%, 90%.
- ✓ Średnica pola roboczego D 10 (przy 1000mm) 170mm
- ✓ Uchwyt łatwo zdejmowany do sterylizacji
- ✓ Średnica czaszy lampy – 360mm
- ✓ Całkowity strumień świetlny 840 lm
- ✓ Monitoring funkcji i żywotności źródła LED
- ✓ Wielopozycyjny odbłyśnik z polerowanego aluminium
- ✓ Temperatura koloru 4500K
- ✓ Wskaźnik odnawiania barwy RA – 94
- ✓ Wskaźnik rozpoznania barwy czerwonej R9 powyżej 97
- ✓ Współczynnik R13 powyżej 98
- ✓ Skuteczność świetlna- 31 Lm/W
- ✓ Całkowity ciężar max. 19 kg
- ✓ Żywotność źródła światła około 30.000 h

Ad. 1

Zamawiający wymaga lampy zabiegowej zgodnej z SIWZ