

DZP/25PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/25PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. Pakietu 46 punktu 8 tabeli parametrów technicznych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o okresie refrakcji przedsionka <225..500ms>, który to zakres minimalnie różni się od wymogów SIWZ?

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 dot. Pakietu 42 – podać pokrycie ściany naczyń w % (dla stentu 3.0/ ok. 18 mm)

Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania stent wieńcowy dla którego pokrycie ściany naczyń wynosi 13%? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3 dot. Pakietu 73 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody 20-polowej sterowalnej do mapowania prawego przedsionka o dł. 90 cm, średnicy 6F, z jedną odległością między pierścieniami tj: 2-8-2 mm?

Ad. 3

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 dot. Pakietu 73 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod ablacyjnych chłodzonych o podwyższonej przewodności cieplnej z końcówką 3,5 mm, pozostałe parametry jak w siwz?

Ad. 4

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.