

DZP/29PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/29PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 50 Parametry techniczne kardiowerterów – defibrylatorów resynchronizujących 35 J z zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej i kompletem elektrod

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania 4 z dostępnych modeli na rynku w Polsce?

Ad. 1

Przesłana dokumentacja sprzętu i podane w niej parametry nie wykluczają urządzeń. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pyt. 2

Pakiet nr 51 Parametry techniczne kardiowerterów ICD VR wraz elektrodą (jedno lub dwa „coilowe”)

Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo ok1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.