

**DZP/31PN/2016**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej- łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe, wyposażenie” o sygn. **DZP/31PN/2016**, Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Zadanie nr 1**

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji wysokości leża?

**Ad. 1**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji wysokości leża.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

**Ad. 2**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm.

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców za pośrednictwem sprężyny gazowej (dźwignia umiejscowiona pod leżem, w zasięgu pacjenta)?

**Ad. 3**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców za pośrednictwem sprężyny gazowej (dźwignia umiejscowiona pod leżem, w zasięgu pacjenta).

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką, lakierowaną proszkowo?

**Ad. 4**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym metalową siatką, lakierowaną proszkowo.

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o stałej wysokości 550 mm?

**Ad. 5**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z leżem o stałej wysokości 550 mm

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych, pokrytych chromem rur, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl?

**Ad. 6**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych, pokrytych chromem rur, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami głęboko osadzonymi, bezpiecznymi, nie wymagającymi dodatkowych zabezpieczeń w postaci dźwigni lub zawiasów?

**Ad. 7**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami głęboko osadzonymi, bezpiecznymi, nie wymagającymi dodatkowych zabezpieczeń w postaci dźwigni lub zawiasów

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne wykonane ze stali, lakierowanej proszkowo?

**Ad. 8**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne wykonane ze stali, lakierowanej proszkowo. Tym samym Zamawiający dokona zmiany Załącznika nr 5 do SIWZ w przedmiotowym zakresie tj. pkt 16 Tabeli Parametry techniczne.

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tulejami na wyposażenie dodatkowe (np. kroplówka) znajdującymi się w dwóch miejscach, od strony głowy pacjenta?

**Ad. 9**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko z tulejami na wyposażenie dodatkowe (np. kroplówka) znajdującymi się w dwóch miejscach, od strony głowy pacjenta

**Pyt. 10**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

**Ad. 10**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 200 kg

**Pyt. 11**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (24 szt.) o wymiarach zewnętrznych: szerokość 400 mm (szerokość z blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

**Ad. 11**

Tak. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (24 szt.) o wymiarach zewnętrznych: szerokość 400 mm (szerokość z blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm

**Pyt. 12**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (24 szt.) o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflady, pokrytymi lakierem proszkowym, odpornymi na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekcyjne?

**Ad. 12**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (24 szt.) o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflady, pokrytymi lakierem proszkowym, odpornymi na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekcyjne.

**Pyt. 13**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (24 szt.) z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki?

**Ad. 13**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (24 szt.) z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki

**Pyt. 14**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (24 szt.) z blatem bocznym składanym do boku szafki?

**Ad. 14**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (24 szt.) z blatem bocznym składanym do boku szafki.

**Pyt. 15**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z szufladami na prowadnicach rolkowych?

**Ad. 15**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z szufladami na prowadnicach rolkowych

**Pyt. 16**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) składającą się z dwóch szuflad oraz dwóch otwartych półek z dostępem do nich od frontu szafki?

**Ad. 16**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) składającą się z dwóch szuflad oraz dwóch otwartych półek z dostępem do nich od frontu szafki.

**Pyt. 17**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z blatem głównym wyposażonym w jeden reling oraz dwie listwy aluminiowe?

**Ad. 17**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z blatem głównym wyposażonym w jeden reling oraz dwie listwy aluminiowe

**Pyt. 18**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) o wymiarach zewnętrznych: szerokość 555 mm, głębokość 450 mm, wysokość 880 mm?

**Ad. 18**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) o wymiarach zewnętrznych: szerokość 555 mm, głębokość 450 mm, wysokość 880 mm.

**Pyt. 19**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z uchwytami do otwierania szuflad tworzywowymi w kolorze stalowym?

**Ad. 19**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z uchwytami do otwierania szuflad tworzywowymi w kolorze stalowym?

**Pyt. 20**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z blatem bocznym regulowanym w zakresie 760-1110 mm?

**Ad. 20**

Tak. Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową (4 szt.) z blatem bocznym regulowanym w zakresie 760-1110 mm

**Pyt. 21**

Czy Zamawiający dopuści termin 1a o długości 5 tygodni?

**Ad. 21**

Tak. Zamawiający dopuści termin 1a o długości 5 tygodni. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej w dniu 10.11.2016 na pyt. 1 z dnia 10.11.2016 w zakresie terminu realizacji zamówienia. Ponadto Zamawiający dokona zmiany Ogłoszenia, SIWZ oraz załączników do SIWZ w zakresie zmiany terminu realizacji dla Pakietu nr 1 w odniesieniu do terminu 1a.

**Zadanie nr 2****Pyt. 22**

Czy Zamawiający dopuści 12 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Ad. 22**

Tak. Zamawiający dopuści 12 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zmiany Ogłoszenia, SIWZ oraz załączników do SIWZ w zakresie zmiany terminu realizacji dla Pakietu nr 2.

**Pyt. 23**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dziecięce o wymiarach zewnętrznych 171,2 cm x 91,2 cm x 172,2 cm?

**Ad. 23**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dziecięce o wymiarach zewnętrznych 171,2 cm x 91,2 cm x 172,2 cm.

**Pyt. 24**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dziecięce z regulacją segmentu leża dokonywaną za pomocą mechanizmu skokowego?

**Ad. 24**

Tak. Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dziecięce z regulacją segmentu leża dokonywaną za pomocą mechanizmu skokowego

**Pyt. 25**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dziecięce z regulacją wysokości leża w zakresie 78,6 – 95,9 cm?

**Ad. 25**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 26**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne dziecięce z Trendelenburgiem 7,5° oraz anty-Trendelenburgiem 7,5°?

**Ad. 26**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody