

DZP/21PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – wózki do transportu chorych**” o sygn. **DZP/21PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pakiet nr 1 - Wózek do transportu chorych z hydrauliczną regulacją wysokości i zestawem pasów do unieruchamiania pacjenta

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści wózek, o szerokości całkowitej 790 mm?

Ad. 1

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 1 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści wózek, o zakresie regulacji wysokości bez materaca od 570 -910mm? Oferowany zakres jest lepszy od wymaganego

Ad. 2

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 1 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej zamiast ze stali chromowanej? Bariereki ze stali nierdzewnej polerowanej wyglądają jak chromowane jednak są dużo bardziej odporne i gwarantują długoletnie użytkowanie bez zardzewień i zmian w powierzchni materiału.

Ad. 3

Tak. Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej zamiast ze stali chromowanej.

Pakiet nr 2 - Wózek do transportu chorych z hydrauliczną regulacją wysokości

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści wózek, o szerokości całkowitej 790 mm?

Ad. 4

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2090 mm?

Ad. 5

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści wózek, o zakresie regulacji wysokości bez materaca od 570 -910mm?

Ad. 6

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści wózek o płynnej regulacji Trendelenburga w zakresie 0-20stopni?

Ad. 7

Tak. Zamawiający dopuści wózek o płynnej regulacji Trendelenburga w zakresie 0-20stopni.

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści wózek o płynnej regulacji anty -Trendelenburga w zakresie 0-12stopni ?

Ad. 8

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści wózek, o zakresie regulacji oparcia pleców w zakresie od 0-65 stopni?

Ad. 9

Tak. Zamawiający dopuści wózek, o zakresie regulacji oparcia pleców w zakresie od 0-65 stopni.

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści wózek, o zakresie regulacji segmentu uda w zakresie od 0-40 stopni?

Ad. 10

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ.

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła pojedyncze o średnicy 200 mm z centralną blokadą i kołem kierunkowym.

Ad. 11

Zamawiający wymaga wózka do transportu chorych opisanego w Pakiecie nr 2 zgodnego z SIWZ

Zamawiający informuje, że dopuszcza parametry zgodnie z udzielonymi odpowiedziami. W przypadku, gdy pytanie dotyczy części parametrów objętych wybranym punktem w tabeli w Załączniku nr 6 do SIWZ pozostałe parametry nieobjęte pytaniem pozostają bez zmian zgodnie z opisem Zamawiającego