

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę wyposażenia dla Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych**”.
Sygn. DZP/24PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie z czytelnym wyświetlaczem 2-liniowym. Proponowane rozwiązanie nie ma wpływu na działanie urządzenia oraz nie pogorsza komfortu użytkownika urządzenia

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie bez kontroli częstotliwości obrotów ramion myjących? Jest to rozwiązanie proponowane przez jednego producenta które nie ma wpływu na proces mycia a znacznie podnosi cenę i jednocześnie ogranicza konkurencję.

Ad. 2

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną zintegrowaną szafką na detergenty z boku urządzenia?

Ad. 3

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4

Czy zamawiający dopuści urządzenie oraz wózki bez systemu identyfikacji wózków wsadowych. Taki system ogranicza korzystanie z niektórych programów przez co zmniejsza efektywne wykorzystanie myjni.

Ad. 4

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści myjnię z możliwością nastawy 20 programów użytkownika. Zazwyczaj w myjniach wykorzystuje się 5-8 programów

Ad. 5

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.