

**DZP/25PN/2016**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/25PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1 dot. Pakietu 25**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne cewniki diagnostyczne o parametrach nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ:

- rozmiary 4F, 5F, 6F
- akceptujące przewodniki 0,035” oraz 0,038”
- długości 40, 65, 90, 100, 110, 130, 150cm
- średnica wewnętrzna 0,053” dla rozmiarów 4F, 5F, 6F
- cewnik zbrojony opłotem stalowym w części dystalnej (ok. 20 cm)
- duża różnorodność kształtów – ponad 40 różnych krzywizn

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności, gdyż według wykonawcy produkt jest równoważny w zakresie jego przeznaczenia.

**Ad. 1**

**Nie.** Zamawiający nie wyraża zgody.