

**DZP/24PN/2016**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę wyposażenia dla Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o. – Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych**”.  
**Sygn. DZP/24PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1 dot. pkt. XIII. 1. 6) SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty katalogów lub ulotek informacyjnych wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w sytuacji gdy zaoferowane urządzenia produkowane są poza granicami Polski? Standardowe ulotki informacyjne producenta zawierają ogólne informacje dotyczące urządzeń, na których nie ma potwierdzenie wszystkich wymaganych parametrów ze względu na ich specyfikę – wymagane urządzenia w większości produkowane są pod indywidualne zamówienie. Autoryzowany dystrybutor konfiguruje urządzenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i jest w stanie określić czy spełnia ono wymagania postępowania

**Ad. 1**

**Tak.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 2 dot. § 7 ust. 12 Projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy na następujące: "W przypadku trzykrotnej naprawy podzespołu/części Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania nowego podzespołu/części". Obecny zapis pozwala Zamawiającemu na żądanie wymiany sprzętu po trzech mało istotnych naprawach elementów nie mających wpływu na sprawną pracę urządzenia.

**Ad. 2**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 3 dot. § 9 ust. 1 a), b) i e) Projektu umowy**

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy do poziomu 0,1%?

**Ad. 3**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 4 dot. pkt. 10 Tabeli Parametry techniczne**

Czy Zamawiający dopuści panel sterowania wyposażony w przyciski (powierzchnia odporna na mycie i dezynfekcje – dożywotnia gwarancja trwałości) z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości A0, temperatury i komunikatów z min. 2-liniowym wyświetlaczem tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji?

**Ad. 4**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 5 dot. pkt 12 Parametry techniczne**

DZP/24PN/2016

Strona 1 z 2

Czy Zamawiający dopuści minimum 12 stałych programów fabrycznych mycia i dezynfekcji?

**Ad. 5**

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że w skład 12 stałych programów fabrycznych znajdują się programy zapisane w SIWZ.

**Pyt. 6 dot. pkt 13 Parametry techniczne**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z biblioteką programów możliwą do wyboru przez użytkownika z zewnętrznego nośnika?

**Ad. 6**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 7 dot. pkt 21 i 22 Tabeli Parametry techniczne**

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną na panelu sterowania drukarkę do wydruku parametrów przebiegu cyklu na zwykłym papierze w rolkach które to rozwiązanie jest korzystniejsze?

**Ad. 7**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 8 dot. pkt 25 Tabeli Parametry techniczne**

Czy Zamawiający dopuści Porty komunikacyjne do podłączenia komputera lub drukarki zewnętrznej - RS 232 oraz RS485

**Ad. 8**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 9 dot. pkt 26 Tabeli Parametry techniczne**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych jeśli urządzenie i procesy są zwalidowane i takie pozostałości nie występują?

**Ad. 9**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 10 dot. pkt 26 Tabeli Parametry techniczne**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności pompy obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w myjni i dysze w wózkach wsadowych, wydajność minimum 350 l/min.

**Ad. 10**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 11 dot. pkt 33 Tabeli Parametry techniczne**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w min. 3 pompy w zestawie dozujące płynne środki chemiczne (środek do neutralizacji i środek do mycia i/lub dezynfekcji), każda pompa z możliwością nastawy stężenia dozowanego środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody dla każdego programu oddzielnie

**Ad. 11**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.