

DZP/25PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/25PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. Pakietu nr 73 pkt 2

Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego co do odległości pomiędzy pierścieniami dla elektrody 20-polowej

Ad. 1

Minimum 2 różne odległości między pierścieniami do wyboru w tym:

2/10/2/10/2/10/2/10/2/35/2/10/2/10/2/10/2/10/2 mm

2/2/2/2/2/2/2/2/70/2/8/2/8/2/8/2/8/2 mm

Pyt. 2 dot. Pakietu nr 73 pkt 3

Rozumiemy że zamawiający wymaga elektrod chłodzących o takim rozwiązaniu technicznym końcówki dystalnej i realizacji przepływu przez nią, który zapewnią głębszą penetrację tkanki dostarczaną energią, przy czym można zastosować również materiał elektrody o standardowej przewodności cieplnej. W związku z tym czy zamawiający dopuści elektrodę dwukierunkową?

Ad. 2

Tak. Zamawiający dopuści elektrodę dwukierunkową.

Pyt. 3 dot. Pakietu nr 73 pkt 3

Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego co do kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego generatorem oraz okablowaniem.

Ad. 3

Zamawiający wymaga kompatybilności z posiadanym generatorem **Boston Scienfitic Maestro 4000** wraz z okablowaniem 110046510 oraz 100-515.

Tym samym Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ w Załączniku nr 3 do SIWZ w odniesieniu do Pakietu 73 poz. 3 w przedmiotowym zakresie.