

DZP/29PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/29PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 70:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii o składzie:

- pojemnik plastikowy 250ml 1 szt.
- serweta angiograficzna wykonana z włókniny foliowanej polietylenowo- polipropylenowej w rozmiarze 320 x 235 cm z dwoma otworami 10x15cm owalnymi wypełnionymi folią- 1 szt.
- serweta podfoliowana na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm, do owinięcia zestawu – 1 szt.
- strzykawka luer lock (3 częściowa) 20 ml – 1 szt.
- strzykawka 20ml – 1 szt.
- osłona foliowa z gumką fi50 – 1szt.
- osłona foliowana z gumką fi 80 – 1 szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL – 1 szt.
- fartuch chirurgiczny rozmiar XL – 1szt.
- kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17-nitkowe, 8- warstwowe – 50szt.
- ręczniki chłonne 20x40cm – 1szt.

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuści w/w zestaw.

Pyt. 2

Pakiet nr 71

Czy Zamawiający dopuści zestaw do angiografii o składzie:

- miska plastikowa 250 ml – 2 szt.
- kompresy gazowe 17-nitkowe 8-warstwowe, rozm. 7,5 cm x 7,5cm – 20 szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony w rozmiarze XL – 1 szt.
- serweta angiograficzna wykonana z włókniny foliowanej polietylenowo- polipropylenowej w rozmiarze 320 x 235 cm z panelem foliowym i otworami o średnicy 12 cm bez folii, z przylepcem – 1 szt.
- ręcznik włókninowy w rozmiarze 20cm x 40cm – 2 szt.
- osłona foliowa z gumką (33÷112)x 56cm okrągła z gumką – 2 szt.
- osłona foliowa z gumką (28÷102)x91 cm prostokątna z gumką – 1 szt.
- serweta podfoliowana na stół narzędziowy w rozmiarze 150cm x 190cm, do owinięcia zestawu – 1 szt.
- podkład higieniczny w rozmiarze 90cm x 60cm – 1 szt.
- strzykawka luer lock (3 częściowa) 20 ml – 1 szt.
- strzykawka (2 częściowa) 10 ml – 1 szt.
- igła 0,8 x 40 mm – 1 szt.

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuści w/w zestaw.