

**DZP/31PN/2016**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej- łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe, wyposażenie**” o sygn. **DZP/31PN/2016**, Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny którego konstrukcja oparta jest na czterech aluminiowych kolumnach, ścianki boczne i tylna wykonane są z kompozytowego panelu aluminiowego, fronty szuflad wykonane są ze stopu aluminiowego, natomiast uchwyty szuflad wykonane są z plastiku? Proponowane rozwiązanie w znaczący sposób wpływa na obniżenie wagi proponowanego wózka a co za tym idzie wpływa na jego mobilność i łatwość przemieszczania!

**Ad. 1**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w 5 szuflad zaopatrzonych w wyciągane podziałki do segregacji leków?

**Ad. 2**

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w 5 szuflad zaopatrzonych w wyciągane podziałki do segregacji leków

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający wymaga żeby szuflady wózka wielofunkcyjnego wyposażone były w maty antypoślizgowe?

**Ad. 3**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści żeby szuflady wózka wielofunkcyjnego wyposażone były w maty antypoślizgowe

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w 5 szuflad z których 4 mają wysokość 110 mm a 1 ma wysokość 210 mm?

**Ad. 4**

Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny wyposażony w 5 szuflad z których 4 mają wysokość 110 mm a 1 ma wysokość 210 mm

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający wymaga żeby wózek wielofunkcyjny posiadał blat górny, roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej zabezpieczony z czterech stron burtami zapobiegającymi wylewaniu się płynów?

**Ad. 5**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści żeby wózek wielofunkcyjny posiadał blat górny, roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej zabezpieczony z czterech stron burtami zapobiegającymi wylewaniu się płynów

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający wymaga żeby wózek wielofunkcyjnego wyposażony był w dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku - wysuwany spod blatu roboczego z lewej strony wózka?

**Ad. 6**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści żeby wózek wielofunkcyjnego wyposażony był w dodatkowy blat boczny wykonany z plastiku - wysuwany spod blatu roboczego z lewej strony wózka

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny który wyposażony jest w:

- płytę reanimacyjną,
- dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy 6l),
- druciany kosz na akcesoria medyczne (długość: 23 x głębokość: 10 x wysokość: 11cm),
- kosz na butlę z tlenem,
- 1 szyna boczna po prawej stronie wózka do mocowania dodatkowego wyposażenia,
- metalową nadstawkę anestetyczną na leki zamykaną na kluczyk.

**Ad. 7**

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.