

DZP/29PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca**” Nr sprawy **DZP/29PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 27 - cewniki balonowe tnące:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania cewniki balonowe tnące (wyposażone w nitinolowe ostrze oplatające balon) o długościach 10, 15 i 20 mm?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

Pakietu 42 - stenty kobaltowo-chromowe z polimerem wydzielające sirolimus lub analogii (DES):

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stenty dla których pokrycie ściany naczynia wynosi 13%?

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania stenty dla których pokrycie ściany naczynia wynosi 13%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pyt. 3

dot. warunków tech. Pakiet nr 46, punkt nr 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o okresie refrakcji przedsionka równym 225-500[ms], który to zakres minimalnie różni się od wymogów SIWZ?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuści urządzenie o okresie refrakcji przedsionka równym 225-500[ms]. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pyt. 4

dot. warunków tech. Pakiet nr 47, punkt nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czułości komorowej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV], który to zakres minimalnie różni się od wymogów SIWZ?

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 5

dot. warunków tech. Pakiet nr 47, punkt nr 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji automatycznego PVARP?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

dot. warunków tech. Pakiet nr 47, punkt nr 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o okresie refrakcji przedsionka równym 225-500[ms], który to zakres minimalnie różni się od wymogów SIWZ?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7

dot. warunków tech. Pakiet nr 50, punkt nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie DF-1 -83[g], DF-4 -82 [g]?

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8

dot. warunków tech. Pakiet nr 51, punkt nr 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez analizy morfologii QRS rytmu komorowego?

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 9

dot. warunków tech. Pakiet nr 51, punkt nr 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów, zamiast w trakcie ich ładowania?

Ad. 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 10

dot. warunków tech. Pakiet nr 52, punkt nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie DF-1 - 81[g] oraz DF4 – 82[g]?

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 11

dot. warunków tech. Pakiet nr 52, punkt nr 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów, zamiast w trakcie ich ładowania?

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody