

DZP/29PN/2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/29PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 1 załącznika nr 5 do siwz przewodników diagnostycznych hydrofilnych o dostępnych konfiguracjach końcówek: prosta i zagięta.

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pyt. 2

Pakiet nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 13 załącznika nr 5 do siwz biopotomów o średnicy 5.2F o dostępnych długościach 60 lub 120cm wraz kompatybilnym zestawem do wprowadzania o średnicy min 6F.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Pakiet nr 62

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 62 załącznika nr 5 do siwz pętli chwytających typu „lasso” wraz z cewnikiem w dostępnych rozmiarach oczka od 2 do 30mm.

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pyt. 4

Pakiet nr 75

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 62 załącznika nr 5 do siwz zestaw do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej zawierający:

- koszulkę o średnicy 8F o krzywiznie Mullins wraz z rozszerzaczem
- igła do nakłucia typu Brockenbrough
- przewodnik

(wszystkie elementy pakowane oddzielnie)

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.