

**DZP/30PN/2016**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę szwów chirurgicznych i klipsów, protez i łat naczyniowych, siatek przepuklinowych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/30PN/2016**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Pakiet nr 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwów powlekanych gładką warstwą polimeru.

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

**Pakiet nr 4, poz. 22, 24, 25 i 29**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły bez podłużnego rowkowania.

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 3**

**Pakiet nr 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji w rozmiarze igły +/- 1mm.

**Ad. 3**

Tak, Zamawiający dopuści tolerancje w rozmiarze igły +/- 1mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pyt. 4**

**Pakiet nr 4, poz. 28**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 65 mm.

**Ad. 4**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 5**

**Pakiet nr 8**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o całkowitej absorpcji po 56 – 70 dniach.

**Ad. 5**

Tak, Zamawiający dopuści nici o całkowitej absorpcji po 56 – 70 dniach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 6**

**Pakiet nr 8, poz. 62**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji 3 opakowań nici 2x75 cm (łącznie 6x75 cm, tak jak wymaga Zamawiający).

**Ad. 6**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 7**

**Pakiet nr 8, poz. 66**

Proszę o dopuszczenie igły 36 mm, zamiast 37 mm.

**Ad. 7**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pyt. 8**

**Pakiet nr 9**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie szwów o wchłanianiu: 75% po 2 tygodniach, 50% po 3 tygodniach i 25 % po 4 tygodniach. Wchłanianie całkowite: 180 – 210 dni.

**Ad. 8**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 9**

**Pakiet nr 9, poz. 69**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici USP 3/0

**Ad. 9**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 10**

**Pakiet nr 9, poz. 72 i 73**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 27 mm, zamiast 26 mm.

**Ad. 10**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ