

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
ul. M. Curie - Skłodowskiej 10  
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 25.01.2017r

**DZP/29PN/2016**

**DRG MedTek Sp. z o.o.**  
**ul. Wita Stwosza 24**  
**02-661 Warszawa**

**INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY**  
**w zakresie Pakietu nr 33**

**DRG MedTek Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 24 , 02-661 Warszawa z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca”. Nr sprawy DZP/29PN/2016**

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 33 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 5 do SIWZ dla Pakietu nr 33 Trombektomu aspiracyjnego – strzykawki aspiracyjnej o pojemności co najmniej 60 cm<sup>3</sup>. Wykonawca w w/w formularzu nie wpisał informacji czy zaoferowany sprzęt posiada taką strzykawkę, a karty katalogowe/ opisy również nie potwierdzają tego parametru. W dniu 29.12.2016r, Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów w zakresie w/w parametru. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie wyjaśnił, iż nie spełnia w/w parametrów, gdyż na skutek omyłki zaproponował rozwiązanie składające się z 2 strzykawek o pojemności każda po 30ml.

**W związku z powyższym oferowany przez Państwa sprzęt nie spełnia ww. wymogów, więc treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 33.**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

**Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.**

**Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.**

Do wiadomości:  
Wszyscy wykonawcy