

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
ul. M. Curie - Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 25.01.2017r

DZP/29PN/2016

PROCARDIA MEDICAL Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 63
02-781 Warszawa

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 25

PROCARDIA MEDICAL Sp. z o.o., ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa z przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca”. Nr sprawy DZP/29PN/2016

Podstawa Prawna

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa oferty w zakresie Pakietu nr 25 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający wymagał w załączniku nr 6 do SIWZ dla Pakietu nr 25 dotyczącym parametrów technicznych cewników do diagnostyki naczyń wieńcowych i pomostów aortalno-wieńcowych, przynajmniej jeden z rozmiarów 5F, 6F pokryty **dotatkową chropowatą powłoką** zmniejszająca siłę tarcia natomiast Wykonawca zaoferował cewniki dostępne 4,5,6,7F pokryte powłoką nylonową, hydrofobową zmniejszającą siłę tarcia, a więc bez dodatkowej chropowatej powłoki.

Oferowany przez Państwa sprzęt nie spełnia ww. wymogów. **W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy jest niezgodna z treścią SIWZ i podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu 25.**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI (*środki ochrony prawnej*) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:

Wszyscy wykonawcy