

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy: Załącznik nr 6a oraz 6b do SIWZ (wszystkie lampy)

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy posiadające maksymalny pobór mocy 80W dla kopuły głównej oraz satelitarnej?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne w których sterowanie płamą świetlną w lampie z przygotowanej pod kamerę HD odbywać się będzie za pomocą przycisków panelu sterowania (panel LCD), natomiast w pozostałych czaszkach będzie możliwość sterowania poprzez centralny uchwyt sterujący oraz panel sterowania?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 3

Czy Zamawiający wymaga przygotowania kopuły lampy pod kamerę HD w taki sposób aby montaż później zakupionej kamery mógł być dokonany przez pracownika Zamawiającego a nie przez serwis dostawcy, co nie wygeneruje dodatkowych dla Szpitala kosztów?

Ad. 3

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 6a do SIWZ (Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna – 1 zestaw)

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne emitujące światło o współczynniku odwzorowania barw $R_a > 93$ w obu kopułach?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej z regulacją średnicy pola operacyjnego (d10) w zakresie 230 – 400mm w obu kopułach?
Jest to parametr znacznie lepszy niż pierwotnie wymagany w SIWZ

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej posiadającej 1 uchwyt brydny dla każdej z kopuł (głównej i satelitarnej)
Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnych wymogów, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych sprzętu.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody