

**DZP/05PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa materiałów ochrony indywidualnej dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” sygn. DZP/05PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Zamawiający w pakiecie C – fartuchy barierowe wymaga fartuchów wykonanych w polu niekrytycznym wykonanych z tkaniny o zawartości bawełny 54-55% bawełna, 44-45% poliester, z gwarancją zachowania barierowości przy 100-120 cyklach, prania, suszenia i sterylizacji, zgodność z normą PN-EN 13795.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie C pole niekrytyczne fartuchów wykonane z chłonnej tkaniny o składzie 55% bawełna, 45% poliester, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych? Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

**Ad. 1**

Tak. Zamawiający dopuści w Pakiecie C pole niekrytyczne fartuchów wykonane z chłonnej tkaniny o składzie 55% bawełna, 45% poliester, zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. Pozostałe wymagania zgodnie ze SIWZ.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie C fartuchy operacyjne wykonane w polu krytycznym z tkaniny barierowej o gramaturze 100 – 120 g/m<sup>2</sup>, o wysokim poziomie odporności na przenikanie cieczy, tj. co najmniej 90 cm H<sub>2</sub>O?

Zaproponowana tkanina dzięki niższej gramaturze od wymaganej w SIWZ jest bardziej oddychająca, a więc i bardziej komfortowa. Ponadto zaproponowany wysoki poziom barierowości zapewnia nawet wyższe bezpieczeństwo od tkanin o większych gramaturach.

**Ad. 2**

Tak. Zamawiający dopuści w pakiecie C fartuchy operacyjne wykonane w polu krytycznym z tkaniny barierowej o gramaturze 100 – 120 g/m<sup>2</sup>, o wysokim poziomie odporności na przenikanie cieczy, tj. co najmniej 90 cm H<sub>2</sub>O.

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie C fartuchy operacyjne z gwarancją barierowości na 100 cykli w strefie krytycznej?

**Ad. 3**

Tak. Zamawiający dopuści w Pakiecie C fartuchy operacyjne z gwarancją barierowości na 100 cykli w strefie krytycznej.