

DZP/08PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej-Blok Operacyjny-meble medyczne**” o sygn. **DZP/08PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający mógłby określić wymagany gatunek stali nierdzewnej z której mają być wykonane meble?

Ad. 1

Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaganym gatunkiem stali nierdzewnej jest gatunek 1.4301 (304). Zamawiający informuje, iż dokona zmiany SIWZ w przedmiotowym zakresie.