

DZP/09PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o na rok 2017-2019” sygn. DZP/09PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pytania odnośnie Grupy 1 – tlen medyczny i azot ciekły

Pyt. 1

W SIWZ , rozdz. III **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**, pkt 2, ust. 3 prosimy o dopuszczenie dwutlenku węgla o dacie ważności 12 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA!!! Zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi tego gazu – wyrobu medycznego termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty ważności 12 miesięcy

Ad. 1

Zamawiający dopuści dwutlenek węgla o dacie ważności mniejszej niż 12 miesięcy pod warunkiem, że dostawa odbędzie się do 14 dni od daty produkcji gazu.

Pyt. 2

W zał. Nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY w § 3 ust. 6 prosimy o odstąpienie od wymogu dostaw do godziny 11. Dostawy gazów odbywają się w butlach aluminiowych , stalowych, ciśnieniowych wymaga specjalistycznym wysokotonażowego transportu samochodowego i spełniających przepisy ADR. W tej kwestii liczymy na zrozumienie specyfiki naszej branży i obrotu butlami na gazy sprężone.

Ad. 2

Zamawiający informuje o zmianie Załącznika nr 5 do SIWZ – projektu umowy w przedmiotowym zakresie tj. zmienia termin dostaw do godziny 13:00

Pyt. 3

W zał. Nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY W § 12 ust 2 prosimy o zmianę zapisów umowy na brzmienie: „Jeżeli strony nie osiągną kompromisu w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia sporu, wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu, właściwego miejscowo dla siedziby powoda.”

Ad. 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.