

**DZP/10PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca” Nr sprawy DZP/10PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

dot. Pakiet 42 - stenty kobaltowo-chromowe z polimerem wydzielające sirolimus lub analogii (DES)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 42 stenty kobaltowo-chromowe z polimerem wydzielające sirolimus o pokryciu ściany naczynia równym 13%?

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie 42 stenty kobaltowo-chromowe z polimerem wydzielające sirolimus o pokryciu ściany naczynia równym 13%