

**DZP/12PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę wyposażenia dla **Klinicznego Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej-Blok Operacyjny-meble medyczne oraz wyposażenie Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej , Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej**” o sygn. **DZP/12PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 1 m.in. ze stojakami z misami o następujących parametrach:

- bez certyfikatu jakości EN ISO 13485 – jako wyrób medyczny klasy I nie jest wymagany do procesu produkcji nadzór jednostki certyfikującej,

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 1 m.in. ze stojakami z misami o następujących parametrach:

- proszę o wyjaśnienie czy statyw stojaka ma być spawany na stałe z podstawą, czy tylko dotyczy to statywu jako jednej całości z uchwytem do misy – dotyczy punktu I podpunkt 1,

**Ad. 2**

Zgodnie z SIWZ.

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 1 m.in. ze stojakami z misami o następujących parametrach:

- proszę o wyjaśnienie co oznaczają podane wymiary zewnętrzne, zastosowana podstawa 5-ramienna sugeruje wymiar 600 mm (średnica podstawy) x 850 mm (wysokość statywu liczona od podłogi) – dotyczy punktu I podpunkt 7.

Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Ad. 3**

Podane wymiary zgodnie z SIWZ to: 600 mm – długość, 560 mm - szerokość, 850 mm – wysokość (+/- 10 mm)