

**DZP/16PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zakup i dostawę aparatu do znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/16PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Załącznik nr 7 Pakiet nr 2 – Respirator stacjonarny mobilny – 1 szt.**

**Pyt. 1**

Dot. pkt. 24: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z możliwością rozbudowy w przyszłości o tryb MMV?

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający dopuści respirator z możliwością rozbudowy w przyszłości o tryb MMV. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Załącznik nr 7 Pakiet nr 2 – Respirator stacjonarny mobilny – 1 szt. - pkt. – pkt. 76**

**Załącznik nr 6 Pakiet nr 2 – Aparat do znieczulania z monitorem – 1 szt. – Warunki ogólne, dokumentacja, pkt. 7**

**Pyt. 2**

Czy przez sformułowanie „Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim” Zamawiający rozumie instrukcję obsługi ?

**Ad. 2**

Przez sformułowanie „Cała dokumentacja techniczna sprzętu w języku polskim”, Zamawiający rozumie instrukcję obsługi oraz dokumenty potwierdzające spełnienie zapisów SIWZ (m.in. certyfikaty, karty katalogowe, ulotki, fotografie)