

**DZP/01PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/01PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Dotyczy pakietu nr I poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia elektrodę o średnicy 54cm reszta parametrów zgodnie z siwz?

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 2**

**Dotyczy pakietu nr I poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia elektrodę o średnicy 43cm wyposażoną w listek papieru ułatwiający zdjęcie elektrody z pokrywy reszta parametrów zgodnie z siwz?

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 3**

**Dotyczy pakietu nr I poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia elektrodę o wymiarach 22mmx45mm reszta parametrów zgodnie z siwz?

**Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pyt. 4**

**Dotyczy pakietu nr 4 lp. 153-154**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał zabezpieczenie (pochewkę) na igłę po użyciu?

**Ad. 4**

Zamawiający wymaga zabezpieczenia, tym samym dopuszcza zabezpieczenie w formie pochewki

**Pyt. 5**

**Dotyczy pakietu nr 4 lp. 153-154**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PVC ?

**Ad. 5**

Tak

**Pyt. 6**

**Dotyczy pakietu nr 4 lp. 153-154**

Czy Zamawiający wymaga aby przyrząd posiadał opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?

**Ad. 6**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści.

**Pyt. 7**

**Dotyczy pakietu nr 4 lp. 155-157, 160**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia strzykawek dwuczęściowych czy trzyczęściowych?

**Ad. 7**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści strzykawki dwuczęściowe i trzyczęściowe

**Pyt. 8**

**Dotyczy pakietu nr 4 lp. 154-155, 160**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia strzykawek luer czy luer-lock?

**Ad. 8**

Zamawiający dla pojemności 2-20 ml oraz 100 ml wymaga strzykawek luer, dla pojemności 50ml strzykawek luer-lock. Zamawiający informuje o zmianie załącznika nr 3 w zakresie Pakietu nr 4

**Pyt. 9**

**Dotyczy pakietu nr 4 lp. 159**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową i podwójnym uszczelnieniem tłoka?

**Ad. 9**

Zamawiający nie wymaga ale dopuści.

**Pyt. 10**

**Dotyczy pakietu nr 4 lp. 161**

Opisany przez Zamawiającego numer katalogowy: 0973112-0016 producenta Polfa Lublin wskazuje na strzykawkę do tbc z igłą w rozmiarze 0,45x13, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyżej wymienionej strzykawki?

**Ad. 10**

Tak, Zamawiający dopuści w/w strzykawkę.