

**DZP/19PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/19PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Dotyczy Pakietu nr 73**

**Pyt. 1**

Pytanie do pkt 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody 20polowej sterowalnej do mapowania przedsionka o długości co najmniej 90cm i pozostałych warunkach niezmiennych?

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

Pytanie do pkt 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody ablacyjnej klasycznej 4mm jednokierunkowej z trzema typami krzywizn 30,45,60mm o spacingu 2-2-2 oraz 1-4-1 z płynną regulacją sztywności końcówki elektrody i pozostałymi warunkami bez zmian?

**Ad. 2**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody ablacyjnej klasycznej 8mm jednokierunkowej, z typem elektrody wykonanym ze złota, o trzech krzywiznach 30,45,60mm. Elektroda zgina się o 270stopni?

**Ad. 3**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody