

DZP/01PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/01PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet 2 poz. 31

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania spike do przygotowania i pobierania leków z zaworem samozamykającym Clearlink z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 96 godzin.

Długość linii głównej 6cm, objętość napełnienia linii głównej (w przybliżeniu) 0,38 ml, może być używany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin, nie zawiera lateksu naturalnego, bez odpowietrznika. Zastawka ze złączem luer typu Clearlink jest chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2 roztworem chlorheksydyny.

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.