

DZP/07PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/07PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy w pakiecie nr 5 pozycja 746 (Sevoflurane 250 ml – 150 butelek) Zamawiający wymaga sevofluranu w butelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne (nie szklanej) wyposażonej we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające prawidłowe napełnianie parowników - klucz fabrycznie zamontowany na każdej butelce ? Serwis i kalibracja parowników pozostają po stronie wykonawcy.

Ad. 1

Tak. Zamawiający wymaga w pakiecie nr 5 pozycja 746 sevofluranu w butelce odpornej na uszkodzenia mechaniczne (nie szklanej) wyposażonej we wszystkie niezbędne elementy umożliwiające prawidłowe napełnianie parowników - klucz fabrycznie zamontowany na każdej butelce.