

DZP/19PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/19PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Pakiet nr 15 - introducery (tzw. “koszulki dotętnicze”) 5F i 6F do tętnicy promieniowej hydrofilny z igłą oraz opaską uciskową w zestawie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 igły 20G, pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 1

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 2

Pakiet nr 26A - przedłużacz cewnika prowadzącego z miękką atraumatyczną końcówką.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 26A wymaga zaoferowania cewnika przedłużającego do cewnika prowadzącego dostępnego w 5 rozmiarach: 5, 5.5, 6, 7, 8 F, kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym odpowiednio; 5, 6, 7 i 8 F o udokumetowanym świetle wewnętrznym dla cewnika 5F - 0.046"; 5.5F - 0.051"; 6F - 0.056"; 7F - 0.062"; 8F - 0.071"? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3

Pakiet nr 27 - cewniki balonowe tnące

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 cewnika balonowego tnącego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 5F, crossing profile dla balonu 3.0 - 0.0343", mechanizm tnący - 2 prowadniki zintegrowane na balonie ułożone równoległe do siebie, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.