

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10  
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 06.09.2017r

**DZP/19PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” Nr sprawy **DZP/19PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Dotyczy Pakietu nr 50:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRT-D o masie równej 81 gramów w przypadku modelu Quad?  
Masa różni się o 1 gram w stosunku do oczekiwania Zamawiającego?

**Ad. 1**

Tak, Zamawiający dopuści CRT-D o masie równej 81g.