

**DZP/03PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - myjnia-dezynfektor**”

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści czas realizacji zadania do 6 tygodni od podpisania umowy ?

**Ad. 1**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemność urządzenia: 8 tac narzędziowych DIN na 4 poziomach lub 22 buty operacyjne ?

**Ad. 2**

Tak, Zamawiający dopuści w/w pojemność

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wózka umożliwiającego mycie i dezynfekcję obuwia ?

**Ad. 3**

Nie

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zawór spustowy, który opróżnia komorę urządzenia szybciej niż pompa odpływowa ?

**Ad. 4**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający dopuści agregat suszący wyposażony w oszczędny kondensator oparów bez układu odzysku ciepła ? Sam fakt posiadania „systemów” oszczędzania ciepła nie jest gwarantem małego zużycia mediów. Oferowane przez nas urządzenie wykorzystuje jedynie 2,7 kWh energii elektrycznej podczas cyklu mycia alkalicznego z neutralizacją, dezynfekcji termicznej i suszenia.

**Ad. 5**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

**Pyt. 6**

Czy Zamawiający dopuści przeszklone drzwi komory w co najmniej 65% powierzchni drzwi, co stanowi około 75% światła komory ?

**Ad. 6**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający dopuści zmiękcacz wody bez potwierdzenia zgodności z normą PN-EN ISO 13485:2005? Zmiękcacz nie jest wyrobem medycznym.

**Ad. 7**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody