

**DZP/01PN/2017**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę jednorazowych wyrobów medycznych i drobnego oprzyrządowania medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. **DZP/01PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze informuje, że w toku prowadzenia postępowania wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

**Pakiet VII, poz. 1**

Wykonawca uznany w Europie producent urządzeń i akcesoriów do elektrochirurgii wnosi o umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferty na produkt opisany w tym pakiecie. Wykonawca chce zaoferować Zamawiającemu elektrody neutralne o cechach użytkowych nie gorszych niż opisane w tym pakiecie. Wykonawca podkreśla, że pragnie zaoferować produkt w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami Firmy ERBE – potwierdza to deklaracja kompatybilności, która na życzenie Zamawiającego może zostać dołączona do oferty. W związku z powyższym Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowej dzielonej, bezkierunkowej elektrody neutralnej dla dorosłych. Dzielona powierzchnia przewodząca 90 cm<sup>2</sup>. Podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Klej i hydrożel przyjazny dla skóry – biokompatybilny zgodnie z EN ISO 10993. Elektroda współpracująca z systemami bezpieczeństwa stosowanymi w różnych aparatach, także z systemem Nessy stosowanym w aparatach ERBE serii VIO. Kompatybilność potwierdza deklaracja kompatybilności producenta. Oferowane elektrody posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty, zgłoszenia i dopuszczenia. Opakowanie po 100 sztuk.

**Ad. 1**

Jeżeli zaproponowana elektroda posiada pierścień bezpieczeństwa odseparowany elektrycznie i mechanicznie od dwóch połówek elektrod, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W przypadku zaoferowania opakowania po 100 sztuk, Zamawiający dopuszcza przeliczenie na 15 opakowań.