

DZP/02PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - kolumny chirurgiczno-anestezjologiczne” o sygn. **DZP/02PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: zestaw chirurgiczno – anestezjologiczny – 2kpl. (kolumna chirurgiczna + anestezjologiczna na wspólnym zawieszaniu – 2szt.)

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę chirurgiczną o wymiarach głowicy 298mm x 280mm? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę chirurgiczną w kolorze 9003 wg. palety RAL? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę chirurgiczną posiadającą pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia zlokalizowane z przodu i z tyłu głowicy? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę chirurgiczną posiadającą gniazda bryzgoszczelne montowane pod kątem w celu uniknięcia kolizji między wtyczkami elektrycznymi w kształcie litery L? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę chirurgiczną posiadającą półki o wymiarach powierzchni roboczej wynoszącej 530mm x 480mm? Zaoferowany parametr w małym

stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę chirurgiczną posiadającą na froncie półki podwójny uchwyt z przyciskami zwalniającymi hamulce obrotu ramion. Przyciski oddzielne dla każdego hamulca/przegubu. Oznaczenie kolorystyki przycisków koresponduje z oznaczeniem przegubów. Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza proponowany uchwyt pod warunkiem obecności trzech przycisków zwalniających pneumatyczne hamulce obrotu ramion oraz głowicy osobno.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę chirurgiczną posiadającą szczelną szufladę z system auto-domykającym nie wymagającą dodatkowych uszczelnień?

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: kolumny anestezjologicznej

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną posiadającą długość ramiona 1500mm lub/bądź 1750mm?

Ad. 8

Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej posiadającej długość ramion 1500mm

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną o wymiarach głowicy 298mm x 280mm? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną w kolorze 9003 wg. palety RAL? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną posiadającą pionowe prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia zlokalizowane z przodu i z tyłu głowicy? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną posiadającą gniazda bryzgoszczelne o wysokiej szczelności montowane pod kątem w celu uniknięcia kolizji między wtyczkami elektrycznymi w kształcie litery L? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną wyposażoną w moduł sygnalizacyjny awaryj gazów medycznych wyposażoną w sygnalizację wizualną? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 13

Tak pod warunkiem potwierdzenia zgodności z obowiązującymi normami

Pyt. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną posiadającą półki o wymiarach powierzchni roboczej wynoszącej 530mm x 480mm? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną posiadającą na froncie półki podwójny uchwyt z przyciskami zwalnającymi hamulce obrotu ramion. Przyciski oddzielne dla każdego hamulca/przegubu. Oznaczenie kolorystyki przycisków koresponduje z oznaczeniem przegubów. Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 15

Zamawiający dopuszcza proponowany uchwyt pod warunkiem obecności trzech przycisków zwalnających hamulce pneumatyczne obrotu ramion oraz głowicy osobno.

Pyt. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumnę anestezjologiczną posiadającą podwójny system zwalnający hamulce pneumatyczne zlokalizowane w dwóch uchwytach z przodu głowicy? Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty użytkowe zaoferowanej kolumny.

Ad. 16

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 17

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy realizacyjnej? Przedmiotowy sprzęt medyczny jest konfigurowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Ad. 17

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):**Pyt. 18**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Ad. 18

Tak

Pyt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii?

Ad. 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 20

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 11 projektu umowy na: „*W przypadku trzykrotnej naprawy danego podzespołu/elementu urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu/elementu urządzenia na nowy, wolny od wad.*”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowało musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Ad. 20

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 21

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 12 projektu umowy na: „*Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania gwarancji do zapewnienia nieodpłatnego serwisu oraz przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zaleceniami producenta na rzecz Zamawiającego.*”

Ad. 21

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 22**Dotyczy §8 ust. 6 projektu umowy:**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na: „*Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W*
DZP/02PN/2017

przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Ad. 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 23

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1a) projektu umowy na: „...w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego urzędnienia za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust.3 umowy.”

Ad. 23

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 24

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1c) projektu umowy na: „...w wysokości 0,2% wartości brutto uszkodzonego urzędnienia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 8 i 10.”

Ad. 24

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 25

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §10 ust. 1a projektu umowy na: ” *Sprzęt nie zostanie dostarczony w terminie określonym w §3 ust. 3 umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy i wyznaczenie mu dodatkowego terminu na dostawę i montaż, nie krótszego niż 21 dni.*”

Ad. 25

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 26

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 4 umowy na: „*W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za część zamówienia, którą wykonał przed wykonaniem odstąpienia.*”.

Przewidziane przez Państwa skutki odstąpienia od umowy na podstawie w/w zapisu umowy zasadniczo wywołują skutki *ex tunc* (od początku) → jest to fikcja prawna, że umowa nigdy nie była zawarta. Proszę zwrócić uwagę, że art. 395 §2 k.c., dający stronom prawo zastrzeżenia w treści umowy możliwości odstąpienia od niej przez jedną lub obie strony, przewiduje jednak konieczność wzajemnego rozliczenia stron. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jednakże za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Z uwagi na to, że po wykonaniu części przedmiotu umowy (dostawy/instalacji/szkolenia chociażby w odniesieniu do części sprzętu) wykonawca nie będzie miał możliwości przywrócenia stanu poprzedniego, w razie braku zainteresowania Zamawiającego dalszym trwaniem zobowiązania (poprzez odstąpienie od umowy), odstąpienie powinno zatem odnieść skutki *ex nunc* (na przyszłość). Strony nie mogą przekreślić okresu, który już upłynął. Nawet gdy Zamawiający zwróci wykonawcy dostarczony sprzęt nie będzie przecież w stanie zwrócić robocizny związanej z jego dostawą, montażem, czy szkoleniem personelu Zamawiającego z jego obsługi.

W związku z powyższym postulujemy o wprowadzenie ww. modyfikacji tak, aby odstąpienie od umowy znosiło stosunek prawny z chwilą złożenia wykonawcy stosownego oświadczenia. Wówczas

świadczenia w zakresie już spełnionym nie będą podlegać zwrotowi, a świadczenia jeszcze nie spełnione nie będą podlegać spełnieniu. Zamawiający będzie zaś zobowiązany do zapłaty Wykonawcy jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Ad. 26

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.