

DZP/03PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - myjnia-dezynfektor**”

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy zamawiający dopuści, aby komunikaty na wydruku były w języku polskim, a na monitorze w języku angielskim, gdzie kody błędów będą wyświetlane w języku polskim?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuści szczotkowy agregat suszący?

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy zamawiający dopuści, aby przeszklenie drzwi komory było w 50 %, z możliwością widoczności całej komory?

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Czy zamawiający odstąpi od dostarczenia w zestawie startowym „taśmy do drukarki-3 szt.”, ponieważ oferowana drukarka jest termiczna?

Ad. 4

W przypadku zaoferowania drukarki termicznej, Zamawiający odstąpi od dostarczenia w zestawie startowym „taśmy do drukarki-3 szt.”

Pyt. 5

Czy zamawiający dopuści, aby ramiona myjące w myjni miały specjalne otwory w ramionach (łatwo demontowane, umieszczone przy końcach ramion, z każdej strony) w celu eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń w ramionach, z możliwością dokładnego oczyszczenia wnętrza ramion?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.