

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

ROZDZIAŁ XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Termin wykonania zamówienia/umowy: do 3 tygodni (21 dni) od dnia podpisania umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia / umowy o 1 (2) tygodnie ?

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy ?

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający termin realizacji zamówienia liczy jako 21 dni kalendarzowych czyli 21 dni od dnia podpisania umowy

Pyt. 2

ZAŁĄCZNIK nr 6a do SIWZ

Pkt 10 tabeli: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie lamp ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500o K. zarówno w czaszy głównej jak i satelitarnej.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 3

ZAŁĄCZNIK nr 6a do SIWZ

Pkt 11 tabeli: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie lamp o średnicy pola bezcieniowego dla czaszy głównej i satelitarnej regulowanej w zakresie 24 – 33 cm.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 4

ZAŁĄCZNIK nr 6a do SIWZ

Pkt 16 tabeli: Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2 „brudnymi” uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej – czy uchwyt ciągle dookoła czaszy lampy (ponad 90%) spełni wymaganie minimum 2 brudne uchwyty?

Ad. 4

Tak, Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie

Pyt. 5

ZAŁĄCZNIK nr 6a do SIWZ

Pkt 19, 20: prosimy o dopuszczenie lamp o poborze mocy 75W dla każdej z czasz lamp

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

ZAŁĄCZNIK nr 6b do SIWZ

Pkt 10 tabeli: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie lamp ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500o K. zarówno w czaszy głównej jak i satelitarnej.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 7

ZAŁĄCZNIK nr 6b do SIWZ

Pkt 11 tabeli: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie lamp o średnicy pola bezcieniowego dla czaszy głównej i satelitarnej regulowanej w zakresie 24 – 33 cm.

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8

ZAŁĄCZNIK nr 6b do SIWZ

Pkt 16 tabeli: Pozycjonowanie lampy sterylizowanym uchwytem centralnym lampy i dodatkowo min. 2 „brudnymi” uchwytami umieszczonymi na czaszy lampy głównej i satelitarnej – czy uchwyt ciągły dookoła czaszy lampy (ponad 90%) spełni wymaganie minimum 2 brudne uchwyty?

Ad. 8

Tak, Zamawiający dopuści w/w rozwiązanie

Pyt. 9

ZAŁĄCZNIK nr 6b do SIWZ

Pkt 19, 20: prosimy o dopuszczenie lamp o poborze mocy 75W dla każdej z czasz lamp

Ad. 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 10

ZAŁĄCZNIK nr 6b do SIWZ

Pkt 29: czy Zamawiający dopuści czułość kamery wynoszącą 12 lx ?

Ad. 10

Zamawiający dopuści czułość kamery wynoszącą 12 lx