

DZP/10PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca**” Nr sprawy **DZP/10PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

dot. pakiet nr 30

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie średnic 1,25 – 4,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

dot. pakietu nr 42

Czy Zamawiający dopuści stenty kobaltowo – chromowe uwalniające pochodną syrolimusa wykonany w technice sinusoidalnej, budowa stentu otwartokomórkowa o ciśnieniu RBP wynoszącym 16 Bar (15 bar dla średnicy 4,0 mm) , o grubości przęseł stentu 0,0036” ? Pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuści w/w sprzęt.