

DZP/16PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup i dostawę aparatu do znieczulenia oraz respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.**” o sygn. DZP/16PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Załącznik nr 7

Pakiet nr 2 - Respirator stacjonarny mobilny – 1 szt.

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści respirator dwururowy z zastawką wydechową, bez zastawki wdechowej? Brak wymogu stosowania zastawki wdechowej jest atutem oferowanego urządzenia - ogranicza koszty eksploatacji, ułatwia obsługę respiratora nie wpływając przy tym na jakość jego pracy.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.