

DZP/03PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - myjnia-dezynfektor**”

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy Załącznika nr 6 – parametry techniczne

Pyt. 1

Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyprodukowane w 2012r, fabrycznie nowe, którego parametry techniczne są identyczne z parametrami urządzenia z datą produkcji 2017. Urządzenia objęte jest pełną gwarancją. Dopuszczenie takiej myjni pozwoli na zaoferowanie znacznie korzystniejszej ceny.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2

Dot. pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w zawór spustowy? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z zapisami SIWZ, pozwalające na wyeliminowanie drogiego i potencjalnie awaryjnego elementu jakim jest pompa spustowa.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Dot. pkt. 13 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w 4 pompy środków chemicznych dozujące środki w sposób wolumetryczny? Jest to rozwiązanie zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1/2 i pozwala na wyeliminowanie drogich i potencjalnie awaryjnych elementów jakimi są przepływomierze.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4

Dot. pkt. 33 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy całkowitej 8,25kW? Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji oferowana przez nas myjnia nie wymaga aż tak dużej mocy zasilania jak opisana w SIWZ.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Dot. pkt. 38 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z myjnią dodatkowego wózka do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych zamiast opisanego w pkt. 38 SIWZ wsadu? Rozwiązanie takie jest znacznie bardziej funkcjonalne niż opisany wsad, ponieważ brak jest

dodatkowych sprzęgów (wózek – wsad) powodujących straty ciśnienia wody, co przekłada się na jakość mycia i dezynfekcji zwłaszcza w wąskich kanałach narzędzi laparoskopowych.

Ad. 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 6

Dot. pkt. 43 - Ponieważ norma PN-EN ISO 13485 dotyczy Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, natomiast urządzenia takie jak zmiękczacze wody czy stacje uzdatniania wody nie są wyrobami medycznymi, prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z myjnią dokumentacji potwierdzającej spełnienie normy PN-EN ISO 13485 przez zewnętrzny zmiękczacz wody.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7

Dot. pkt. 43 - Prosimy o wydzielenie w formularzu ofertowym zewnętrznego zmiękczacza wody jako osobnej pozycji, ponieważ urządzenia takie nie są wyrobami medycznymi w myśl Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i podlegają pod podstawową 23% stawkę podatku VAT. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, jeśli takie wyposażenie będzie stanowiło element oferty zawierającej wyrób medyczny należy całkowitą kwotę opodatkować podatkiem VAT w wysokości 23%, co naraża Zamawiającego na zwiększone o prawie 15% koszty zakupu myjni.

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 8

Dot. pkt. 44 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki testowe do monitorowania skuteczności mycia myjniach dezynfektorach w postaci substancji testowej na bazie krwi zwierzęcej naniesionej na blaszkę metalową? Rozwiązanie takie znacznie lepiej oddaje rzeczywiste zabrudzenia znajdujące się na narzędziach (pozostałości krwi i tkanek) niż opisane w SIWZ zabrudzenia syntetyczne. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883.

Ad. 8

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 9

Dot. pkt. 45 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki testowe do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych w myjniach dezynfektorach w postaci substancji testowej na bazie krwi zwierzęcej naniesionej na blaszkę metalową? Rozwiązanie takie znacznie lepiej oddaje rzeczywiste zabrudzenia znajdujące się na narzędziach (pozostałości krwi i tkanek) niż opisane w SIWZ zabrudzenia syntetyczne. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883.

Ad. 9

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 10

Dot. pkt. 47 - Czy Zamawiający dopuści do oceny wskaźniki testowe do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach w postaci substancji testowej na bazie krwi zwierzęcej naniesionej na blaszkę metalową? Rozwiązanie takie znacznie lepiej oddaje rzeczywiste zabrudzenia znajdujące się na narzędziach (pozostałości krwi i tkanek) niż opisane w SIWZ zabrudzenia syntetyczne. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883.

Ad. 10

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11

Dot. pkt. 51 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 51 SIWZ poprzez dodanie sformułowania „w dni robocze”? Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie powoduje, iż awaria zgłoszona np. w piątek. o godz. 20 faxem, który zostanie odczytany w poniedziałek rano, daje Oferentowi jedynie 24h na przystąpienie do naprawy sprzętu.

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wzoru umowy**Pyt. 12**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 6 zdanie drugie poprzez wykreślenie słów : „zużytych lub” ?

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 13

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust. 12 poprzez nadanie mu treści: „W przypadku trzykrotnej naprawy elementu lub podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.” ? – zapis w dotychczasowym brzmieniu jest bardzo niekorzystny – kosztowny dla Wykonawcy.

Ad. 13

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 14

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany w § 9 ust. 1 a i c określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki” ?

Ad. 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.