

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna- 1 zestaw

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której natężenie max. Kopuły pomocniczej wynosi 140 tys lux? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której regulacja barwy światła oddzielnie lampy odbywa się w zakresie od 3500K do 5000K w 4 skokach z panelu umieszczonego przy czasy lampy? Podany zakres jest szerszy od wymaganego, a więc korzystniejszy.

Ad. 2

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją średnicy pola bezcieniowego dla czaszy głównej i satelitarnej zmienna w dwóch skrajnych wartościach 16 i 23 cm z panelu przy czasy lampy? Podane wartości są szersze od wymaganych a więc korzystniejsze dla Zamawiającego

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza jeżeli regulacja średnica pola jest dokonywana z panelu i centralnego uchwytu czaszy lampy (pkt. 12 załącznika nr 6 do SIWZ)

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 40-100% i poniżej 10% oświetlenie endo?

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z poborem mocy czaszy głównej i pomocniczej wynoszącej max 65VA każda?

Ad. 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostawy do 5 tygodni?

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna przygotowana pod instalację kamery HD w czaszy głównej – 1 zestaw.

Pyt. 7

Czy Zamawiający dopuszcza lampę w której natężenie max. Kopyły pomocniczej wynosi 140 tyś lux? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Ad. 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 8

Czy Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną w której regulacja barwy światła oddzielnie lampy odbywa się w zakresie od 3500K do 5000K w 4 skokach z panelu umieszczonego przy czaszy lampy? Podany zakres jest szerszy od wymaganego, a więc korzystniejszy.

Ad. 8

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pyt. 9

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją średnicy pola bezcieniowego dla czaszy głównej i satelitarnej zmienna w dwóch skrajnych wartościach 16 i 23 cm z panelu przy czaszy lampy? Podane wartości są szersze od wymaganych a więc korzystniejsze dla Zamawiającego

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza jeżeli regulacja średnica pola jest dokonywana z panelu i centralnego uchwyty czaszy lampy (pkt. 12 załącznika nr 6 do SIWZ)

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 40-100% i poniżej 10% oświetlenie endo?

Ad. 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 11

Czy Zamawiający dopuszcza lampę z poborem mocy czaszy głównej i pomocniczej wynoszącej max 65VA każda?

Ad. 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pyt. 6

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostawy do 5 tygodni?

Ad. 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody