

DZP/09PN/2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub zaworów zintegrowanych dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o. o na rok 2017-2019” sygn. DZP/09PN/2017**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 dot. pakietu nr 1 – tlen medyczny w butlach aluminiowych wraz z zaworem zintegrowanym
Czy w przypadku pozycji zawierającej –Butle aluminiowe z zaworem zintegrowanym Zamawiający w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkownika wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l (0,43 m³) ze zintegrowanym zaworem nie przekraczała 4kg, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Ad. 1

Zamawiający wymaga aby waga butli po napełnieniu i z zaworem zintegrowanym nie przekroczyła 5kg.

Zamawiający dokona zmiany Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pyt. 2 – dot. pakietu nr 8 – mieszanka tlenu azotu w azocie

Czy w przypadku pakietu nr 8 Zamawiający oczekuje dostarczenia mieszanki tlenu azotu w azocie medycznego o stężeniu co najmniej 400 ppm w butlach Wykonawcy wraz z urządzeniem do podaży tlenu azotu w azocie medycznego w pełni dostosowanego do potrzeb Zamawiającego? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie pozycji dzierżawa urządzenia do podaży tlenu azotu w azocie medycznego .

Ad. 2

Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z gazem sprzętu w pełni sprawnego do podaży mikrodawk gazu.

Zamawiający dokona zmiany Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ w przedmiotowym zakresie.